



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Αθήνα : 30/06/2023
Αριθ. Πρωτ.:12391

Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Διεύθ. : Μεσογείων 24
Τ.Κ. : 115 27 , Αθήνα
Τηλ. 213 200 9842
Email: promithion@aglaiakyriakou.gr
Πληροφορίες: Παρασκευή Καναβού

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» προκειμένου να διενεργήσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με τίτλο: «**Μηχανήμα Μετεγχειρητικής Ελεγχόμενης Παθητικής Κινητοποίησης CPM**» (CPV: 33100000-1) προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 6.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), παρακαλεί όπως προχωρήσετε στην κατάθεση απόψεών σας επί των τεχνικών προδιαγραφών των συνημμένων ειδών.

Όλοι οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και οι ενώσεις προμηθευτών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη διαδικασία παρα καλούνται, εντός (15) δέκα πέντε ημερών αρχόμενων από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του φορέα μας (<http://0317.syzefxis.gov.gr>) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.Promitheus.gov.gr) όπως καταθέσουν τις απόψεις τους προς το Νοσοκομείο μας, σχετικά με τις προς διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές.

Οι υποβαλλόμενες απόψεις σας, θα εξετασθούν από επιτροπή που θα ορίσει το Νοσοκομείο για τη σύνταξη των τελικών Τεχνικών Προδιαγραφών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μηχανήματος Μετεγχειρητικής Ελεγχόμενης Παθητικής Κινητοποίησης CPM για την Ορθοπεδική Κλινική

Προϋπολογισμός: 6.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

1. Δύο οθόνες αφής: Στο τηλεχειριστήριο και στην αρχική οθόνη
2. Η κύρια οθόνη να λειτουργεί ανεξάρτητα, επιτρέποντάς τον έλεγχο της συσκευής χωρίς τηλεχειριστήριο
3. Τρία (3) προγράμματα άσκησης
4. Εννέα (9) ταχύτητες
5. Παύση μεταξύ κάμψης και έκτασης
6. Δυνατότητα ρύθμισης της ροπής στρέψης
7. Δυνατότητα αλλαγής της κατεύθυνσης της κίνησης κατά τη διάρκεια της άσκησης
8. Κουμπί έκτακτης ανάγκης
9. Εύρος γωνίας κινητικότητας γόνατος από -5° έως 120°
10. Γωνία κινητικότητας ισχίου από 25° έως 100°
11. Γωνία κινητικότητας ποδοκνημικής από 0° έως 40°
12. Εύρος ρύθμισης του μηριαίου οστού από 32 έως 49 cm
13. Εύρος ρύθμισης για την κνήμη από 25 έως 57 cm

Χρήση - Επιδράσεις

1. Διορθωτική οστεοτομία
2. Ενδοαρθρικές επεμβάσεις
3. Αρθροσκόπηση αρθρώσεων
4. Επεμβάσεις αποκατάστασης χιαστών συνδέσμων
5. Κινητοποίηση της άρθρωσης μετά από μακρά ακινητοποίηση
6. Επεμβάσεις που επηρεάζουν τους μαλακούς ιστούς γύρω από τις αρθρώσεις
7. Τραυματισμοί και διαστρέμματα των αρθρώσεων
8. Υποστήριξη στη διαδικασία αποκατάστασης του γόνατος και του ισχίου
9. Βελτίωση της φυσικής κατάστασης των μυών, των αρθρώσεων και των συνδέσμων
10. Πρόληψη του συμφορητικού οιδήματος
11. Θρέψη των περιφερικών ιστών, των μυών και των αρθρικών καψουλών
12. Εφαρμογή σε μη περιπατητικούς ασθενείς λόγω αναπηρίας – σπαστικότητας
13. Ενδοπροθέσεις γόνατος (Ολική ή μερική αρθροπλαστική γόνατος)
14. Ενδοπροθέσεις ισχίου (Ολική ή μερική αρθροπλαστική ισχίου)

Να δοθούν από τον Προμηθευτή τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση καλής λειτουργίας.