



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Αθήνα: 19.06.2025

Αριθμ. Πρωτ.: 11639

Τμήμα: Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 24 Αθήνα Τ.Κ. 11527
Τηλέφωνο : 2132009842
e-mail: promithion@aglaiakyriakou.gr
Πληροφορίες : Παγώνα Δημάκου
Φ.61/24

ΠΡΟΣ :

Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς

Θέμα: Διευκρινίσεις κατόπιν αιτήματος ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα .

Σχετ.1: αν. 5764805/17.06.2025-12:14:02 μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ από ενδιαφερόμενο οικ. φορέα με
θέμα: «Αίτημα Συμπληρωματικών Πληροφοριών».

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **10992/10.6.2025** Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού Φ.61/24, κάτω των ορίων, με τίτλο: «Μη Χημικά Ιατρικά Αναλώσιμα Υλικά μιας χρήσεως και Αιματολογικά Αναλώσιμα Υλικά», (CPV: 33141300-3, 33141900-9 & 33141500-5), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης έξι (6) μηνών και συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 188.979,90€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 230.435,37€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΑΔΑ: 25PROC016986139 2025-06-10, α/α ΕΣΗΔΗΣ: **375254**).
3. Το από **17.06.2025** αν. ΕΣΗΔΗΣ: . **5764805** μήνυμα, μέσω της επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ενδιαφερόμενου οικονομικού Φορέα με επισυναπτόμενο έγγραφο (ψηφιακά υπογεγραμμένο) για διευκρινίσεις σύμφωνα με το οποίο:

ΕΡΩΤΗΜΑ:

«Δια της παρούσας επιστολής μας, παρακαλώ πολύ, όπως μας προσδιορίσετε για το είδος με **A/A: 41 – Προέκταση υψηλής πίεσης 100cm**, έως πόσα **psi** θα πρέπει να είναι η αντοχή τους.»

4. Το από **17.06.2025** Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου Προμηθειών προς την υπ' αριθμ. πρωτ.: 3621/19.02.2024 Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για παροχή διευκρινήσεων.
5. Το από **18.06.2025** Υπηρεσιακό σημείωμα της ως άνω Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών προς το Γραφείο Προμηθειών με θέμα: «Διευκρινήσεις Τεχνικών».

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ & ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

Όσον αφορά το είδος: α/α: 41 «Προέκταση υψηλής πίεσης 100cm» η αντοχή τους πρέπει να είναι **580 – 600 psi (40bar)**.

Η παρούσα θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΜΠΙΝΗΣ**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ